



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证(附页)

编号: CNEx17.2244X

3. 本产品透明件承受质量为 1.0kg 的试验物体从高度 0.2m 垂直落下所产生的冲击能量, 应避免机械冲击。
4. 设备明显处设置警告: 1、严禁带电开盖!
2、断电 20 分钟后, 方可开门!
5. 该产品加热管处设有温度开关, 设定温度为 150℃。
6. 加热管表面自带温度控制仪, 设定温度为 200℃。
7. 使用时详见使用说明书。
8. FID 检测器上空气、氢气、采样器进气管道、排气管道均配有阻火器, 空气、氢气管道焊接, 焊接无泄露, 进气端位于安全区。FID 检测器位于正压腔外部, 为隔爆型结构。
9. 该产品测量的气体为非可燃气。

颁发日期

2018 年 1 月 28 日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

